

Федеральное бюджетное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 5025369

Действительно до 27.05.2015 г.

Средство измерений

Спектрофотометр UV-3600

Наименование, тип средства измерения

Серия и номер клейма предыдущей поверки

отсутствует

заводской номер(номера)

A11294800666

принадлежащее

КНИТУ-КАИ, ИНН 1654003114

Наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с

методикой поверки "Спектрофото-

наименование и номер документа на методику поверки

метры серии UV. Методика поверки. МП 203-0059-2008", утверж-

денная ГЦИ СИ ВНИИМ

при следующих значениях влияющих факторов

Температура окру-

приводят перечень влияющих

жающего воздуха 22•С, относительная влажность 42%, атмосфер-

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

ное давление 752 мм рт.ст.

и на основании результатов периодической поверки признано пригод-
ным к применению.

Поверительное клеймо



Начальник отдела

(подпись)

Т.Н. Саунина

Поверитель

(подпись)

Н.Н. Колдыбаева

27.05.2014

№ счета **5424065**

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Спектрофотометр «UV-3600» соответствует утвержденному типу (номер по Госреестру 19387).

Диапазон измерений от 0 до 100 % Т; от 185 до 3300 нм.

Основная абсолютная погрешность коэффициента пропускания не превышает $\pm 1,0$ %; установки длины волны $\pm 0,2$ нм (УФ-область); $\pm 0,8$ нм (ИК-область).

Средства поверки: Комплект нейтральных светофильтров КС-105 №ХС0032, (220...2500) нм, ПГ $\pm 0,5$ %

Поверитель: МОУ Н.Н. Колдыбаева

27.05.2014