

Федеральное бюджетное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 5025930

Действительно до 28.05.2015 г.

Средство измерений Весы лабораторные AF-R 220CE
Наименование, тип средства измерения

Серия и номер клейма предыдущей поверки отсутствует

заводской номер(номера) 083330186

принадлежащее КНИТУ-КАИ, ИНН 1654003114
Наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с Методикой поверки, входящей раз-
наименование и номер документа на методику поверки
делом в Руководство по эксплуатации, утвержденной ГЦИ СИ
ФБУ " Ростест-Москва" 2006г.

при следующих значениях влияющих факторов Температура окру-
приводят перечень влияющих
жающего воздуха 20•С, относительная влажность 53%
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригод-
ным к применению.

Поверительное клеймо



Начальник отдела


(подпись)

А.К. Баязитов

Поверитель


(подпись)

Р.Х. Ахсанов

28.05.2014

№ счета 5424064

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Наибольшая погрешность взвешивания по абсолютным значениям, размах показаний и непостоянство показаний нагруженных весов, а также погрешность от положения груза на платформе весов соответствуют нормативно-технической документации.

Класс точности: Специальный (I)

Поверка произведена с применением Набора гирь
1 разряда ГО-1-1110 №74

Поверитель  Ахсанов Р.Х.